

Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (SGUM) Kommission Schwangerschafts-ultraschall

Nackentransparenz-Bilder für die Zertifizierung bzw. Re-Zertifizierung des Fähigkeitsausweises «Schwangerschafts-ultraschall»

NT Bilder müssen anonymisiert sein, Gestationsalter, Datum und Uhrzeit muss klar
erkennbar sein.

Es werden nur Bilder in adäquater Beurteilungsqualität angenommen.

Nackentransparenz-Messung gemäss der FMF London

Kriterien:

Hohe Vergrösserung:	Kopf und Thorax füllen mehrheitlich das Bild aus
Sagittale Schnittführung:	Nasenbein sichtbar, kein Maxillarknochen sichtbar
Neutrale Haltung:	Weder Extension noch starke Flexion des Kopfes
Korrekte Calliper-Setzung:	Innen-Innen, senkrecht zur Nuchalmembran,
Maximale NT	grösste NT messen
Dünne Nuchalmembran:	Durch optimale Gain-Einstellung und korrektes
	Setzen des Fokus

2 Punkte pro Kriterium bei exakter Erfüllung

1 Punkt bei fast exakter Erfüllung

Notwendig: 9 von 12 Punkten für eine Zertifizierung

